

## 安老服務業《能力標準說明》能力單元

### 「臨床護理」職能範疇

名稱	施行自動體外心臟去纖維性顫動法(Automatic External Defibrillation)急救
編號	106079L3
應用範圍	此能力單元適用於安老服務業從事臨床護理的員工。這能力的應用涉及分析及判斷能力，能夠按照機構有關施行自動體外心臟去纖維性顫動法急救的程序及指引，替長者進行自動體外心臟去纖維性顫動法，刺激心臟回復正常搏動，增加長者的存活率。
級別	3
學分	1 (僅供參考)
能力	<p><b>表現要求</b></p> <p>1. 自動體外心臟去纖維性顫動法急救相關知識</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瞭解機構有關施行自動體外心臟去纖維性顫動法急救的程序及指引</li> <li>• 瞭解相關專業及學術機構對自動體外心臟去纖維性顫動法急救的最新指引，例如：           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國心臟協會</li> <li>• 聖約翰救傷隊等</li> </ul> </li> <li>• 瞭解呼吸及循環系統的基本解剖生理學</li> <li>• 瞭解心室搏動過速、心室纖維性顫動及心臟停頓的成因及影響</li> <li>• 瞭解自動體外心臟去纖維性顫動器的使用說明，包括：           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 種類及所需配件</li> <li>• 操作原理</li> <li>• 製造商提供的操作方法</li> <li>• 標準安全守則等</li> </ul> </li> <li>• 瞭解施行自動體外心臟去纖維性顫動法急救的技術</li> <li>• 瞭解進行復甦法及自動體外心臟去纖維性顫動法的程序</li> <li>• 瞭解標準感染控制措施</li> </ul> <p>2. 施行自動體外心臟去纖維性顫動法急救</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瞭解現場環境及長者情況，在安全及可行情況下，將危機減至最低，包括：           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 確定自身、長者及其他在場人士的安全</li> <li>• 移除障礙物</li> <li>• 疏散人群</li> <li>• 將長者移至較安全的地方等</li> </ul> </li> <li>• 能夠採取標準感染控制措施，穿著及使用個人防護裝備，例如：手套、人工呼吸口面防護膜、袋裝面罩等</li> <li>• 能夠確認長者是否需要接受自動體外心臟去纖維性顫動法，包括評估：           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 清醒程度</li> <li>• 心跳</li> <li>• 氣道</li> <li>• 呼吸狀況等</li> </ul> </li> <li>• 召喚救護車，通知上級要求支援</li> <li>• 按照機構有關程序及指引，施行自動體外心臟去纖維性顫動法急救，例如：           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 妥善準備自動體外心臟去纖維性顫動器，將長者移至安全地方，以便進行自動體外心臟去纖維性顫動法</li> <li>• 根據自動體外心臟去纖維性顫動器的使用說明操作</li> <li>• 正確貼上電極片於長者身上，讓機器為長者進行準確分析及電擊</li> <li>• 確保於分析及電擊期間，長者沒有被移動及被觸碰，以保障分析準確性及其他人的安全</li> <li>• 電擊完成後，按指引為長者繼續進行心肺復甦法及自動體外心臟去纖維性顫動法，直至長者恢復脈搏及呼吸或救護員到達接手處理長者為止</li> <li>• 向救護員交代事發經過、長者生命表徵及曾施予的治療</li> <li>• 以書面詳細記錄整個急救過程，並妥善保存</li> </ul> </li> </ul>

## 安老服務業《能力標準說明》能力單元

能力	3. 展示專業能力 • 確保所使用的急救技術符合專業及學術機構的最新指引 • 能夠於最短的時間內評估及判斷長者的危急狀況，並能提供適切的急救處理 • 確保傷病者安全及保障私隱
評核指引	此能力單元的綜合成效要求為： • 能夠評估長者的狀況及現場環境，決定是否需要接受自動體外心臟去纖維性顫動法；及 • 按照機構有關程序及指引，施行自動體外心臟去纖維性顫動法急救，直至救護員接手處理為止。
備註	1. 執行此能力單元的員工對於基本急救已有認識。 2. 現時進行心肺復甦法是由持有認可及有效急救資格之從業員執行。